



Znak sprawy: DZA.381.6.1.2019

Czeladź, dnia 16.01.2019 r.

## Do wszystkich Wykonawców

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego Nr DZA.381.6.2019 o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych na dostawę sprzętu medycznego dla Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, 41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 40 informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

### Pytanie 1

Czy Zamawiający będzie wymagał aby deska pod plecy była przezierna dla promieniowania rentgenowskiego? Takie rozwiązanie gwarantuje pełne zabezpieczenie pacjenta w przypadku potrzeby wykonania szybkiego obrazowania pacjenta bez konieczności zmiany deski pod plecy.

#### Wyjaśniamy:

Zamawiający nie wymaga, ale wyraża zgodę aby deska pod plecy była przezierna dla promieniowania rentgenowskiego, z zachowaniem pozostałych parametrów urządzenia.

### Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści na zasadach równoważności, urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, cenionego europejskiego producenta o następujących parametrach:

- szerokość (urządzenie spakowane): 50 cm
- głębokość (urządzenie spakowane): 28 cm
- Waga: 8,6 kg
- Pasy stabilizujące pacjenta bez konieczności stosowania osobnej podkładki stabilizującej głowę z mocowaniem rąk pacjenta wzdłuż osi ciała pacjenta.

Przy zachowaniu pozostałych zapisów OPZ.

#### Wyjaśniamy:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie urządzenia spakowanego o szerokości wynoszącej 50 cm.

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie urządzenia spakowanego o głębokości wynoszącej 28 cm.

Zamawiający nie wymaga, ale wyraża zgodę na oferowane rozwiązanie w zakresie pasów do mocowania rąk pacjenta, z zachowaniem pozostałych parametrów urządzenia.

POW. DYREKTOR  
Jolanta Sikora-Kuczyńska