



POWIATOWY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

ul. Szpitalna 40, 41-250 Czeladź
NIP 625 22 47 223. REGON 278209300. KRS 0000203274
Tel. +48 32 265 16 44, fax +48 32 265 14 30
sekretariat.czczeladz@pzzoz.bedzin.pl

pzzoz.bedzin.pl

Znak sprawy: DZA.381.10.2.2019

Czeladź, dnia 09.04.2019 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego Nr DZA.381.10.2019 o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych na dostawę materiałów opatrunkowych, innych wyrobów medycznych i pieluchomajtek.

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, 41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 40 informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1

Pakiet nr II, poz. 6

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie wydziela pozycji 6 z Pakietu II.

Pytanie 2

dotyczy Pakietu nr V poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr V poz. 1 niżej opisanego zestawu?

Zestaw serwet o składzie:

- 1 x serweta 220/240 cm x 335 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym o wymiarach 25 cm x 30 cm, i dolnym 9x15cm z dodatkową klapką do zasłaniania otworu, kiedy nie jest używany, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m², zintegrowana z kieszenią na płyny z filtrem i portem
- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5x34 cm wykonany z celulozy o gramaturze 55 g/m²
- 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 9 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu wetlaid
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 78 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 55 g/m² oraz laminatu dwuwarstwowego PE+PP w obszarze wzmocnionym o wymiarach 65 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki, z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 55 g/m² oraz laminatu dwuwarstwowego PE+PP w obszarze wzmocnionym o wymiarach 75x190. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 140 g/m².

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie wyraża zgody na oferowany zestaw.

Pytanie 3

dotyczy Pakietu nr V poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie nr V poz. 2 niżej opisanego zestawu?

Zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze 60 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², całkowita gramatura w części wzmocnionej 140g/m², zintegrowana z organizatorami przewodów
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5x34 cm wykonany z celulozy o gramaturze 55 g/m²
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 9 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu wetlaid
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 78 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 55 g/m² oraz laminatu duwarstwowego PE+PP w obszarze wzmocnionym o wymiarach 65 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki, z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 55 g/m² oraz laminatu duwarstwowego PE+PP w obszarze wzmocnionym o wymiarach 75x190. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 140 g/m².

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie wyraża zgody na oferowany zestaw.

Pytanie 4

dotyczy Pakietu nr V poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie nr V poz. 3 niżej opisanego zestawu?

Zestaw serwet uniwersalnych o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m²
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m²
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m²
- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 9 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu wetlaid
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 78 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 55 g/m² oraz laminatu duwarstwowego PE+PP w obszarze wzmocnionym o wymiarach 65 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki, z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 55 g/m² oraz laminatu duwarstwowego PE+PP w obszarze wzmocnionym o wymiarach 75x190. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 140 g/m².

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie wyraża zgody na oferowany zestaw.

Pytanie 5

dotyczy Pakietu nr V poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie nr V poz. 4 niżej opisanego zestawu?

Zestaw serwet do operacji biodra o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna 230 cm x 260 cm, z wycięciem "U" o wymiarach 20x85 cm, wykonana z wykonana laminatu dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze 60 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne 50cm x 100cm o gramaturze 80 g/m², całkowita gramatura w części wzmocnionej 140g/m², zintegrowana z organizatorami przewodów
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 300cm wykonana z wykonana laminatu dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze 60 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne 15x50cm o gramaturze 80 g/m², całkowita gramatura w części wzmocnionej 140g/m², zintegrowana z organizatorami przewodów

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 100x150 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m²
- 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 9 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu wetlaid
- 1 x elastyczna osłona na kończyne o wymiarach 36 cm x 120 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 78 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 55 g/m² oraz laminatu duwarstwowego PE+PP w obszarze wzmocnionym o wymiarach 65 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki, z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 55 g/m² oraz laminatu duwarstwowego PE+PP w obszarze wzmocnionym o wymiarach 75x190. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 140 g/m².

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie wyraża zgody na oferowany zestaw.

Pytanie 6

dotyczy Pakietu nr V poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr V poz. 5 niżej opisanego zestawu?

Zestaw o składzie:

- 1 x serweta serweta na stół do instrumentarium 100x150cm
- 1 x serweta 100 cm x 175 cm z otworem o wymiarach przylonym 9 cm x 15 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m², z dwoma przylepcami na bokach
- 2 x osłona na kończyne o wymiarach 75 cm x 120 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze 60 g/m²
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 78 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 55 g/m² oraz laminatu duwarstwowego PE+PP w obszarze wzmocnionym o wymiarach 65 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki, z zaznaczonym kierunkiem rozwijania – dostarczana oddzielnie
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 55 g/m² oraz laminatu duwarstwowego PE+PP w obszarze wzmocnionym o wymiarach 75x190. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 140 g/m² – dostarczana oddzielnie

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie wyraża zgody na oferowany zestaw.

Pytanie 7

dotyczy Pakietu nr V

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 5 do oddzielnego pakietu, co pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczby Wykonawców, co znacznie zwiększy konkurencyjność ofert, a Zamawiającemu pozwoli na osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi.

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie wydziela pozycji 5 z Pakietu V.

Pytanie 8

dotyczy Pakietu nr VIII poz. 1 i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet wykonanych z laminatu o gramaturze 60g/m², spełniających pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w poz. 1 i poz. 2 serwet wykonanych z laminatu o gramaturze 60g/m².

Pytanie 9

dotyczy Pakietu nr VIII poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet wykonanych z laminatu trójwarstwowego (włóknina PP + folia PE + włóknina PP) o gramaturze 75g/m², spełniających pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w poz. 3 serwet wykonanych z laminatu trójwarstwowego (włóknina PP + folia PE + włóknina PP) o gramaturze 75g/m².

Pytanie 10

dotyczy Pakietu nr VIII poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet o wymiarach 75x100cm, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie wymaga, ale wyraża zgodę na zaoferowanie w poz. 3 serwet o wymiarach 75x100cm.

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet IX, pozycje: 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h): pieluchomajtki dla dorosłych, które nie posiadają w swej budowie ściągaczy taliowych?

Mamy informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach: brak ściągacza taliowego oraz obniżony poziom chłonności.. Posiadamy również informację z instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach opieki długoterminowej. **Niedopuszczenie powyższego rozwiązania jest zgodne z prawem PZP.** Co najmniej trzech producentów (TZMO - Seni, Gespar - Pharma by Premio, Essity - TENA) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy - gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki.

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w pozycji: 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g i 1h pieluchomajtek dla dorosłych, które nie posiadają w swej budowie minimum jednego ściągacza taliowego.

Pytanie 12

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet IX, pozycje: 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h): pieluchomajtki posiadających system szybkiego wchłaniania (Feel Dry lub EDS), który umożliwia maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgotność z dala od skóry pacjenta? Należy podkreślić, że powyższe rozwiązania technologiczne charakteryzują produkty o wysokich standardach jakościowych i zapewniają pacjentom maksymalną ochronę. Dodatkowo korzystnie wpływają na finanse Zamawiającego, gdyż ograniczają zużycie produktów chłonnych jak również ilość prania pościeli. Ustanowienie powyższych wymogów oraz niedopuszczenie produktów niespełniających Państwa oczekiwań jest zgodne z prawem PZP, ponieważ co najmniej dwóch producentów na rynku polskim (Essity - TENA, TZMO - Seni) posiada takie rozwiązania technologiczne.

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie wymaga, ale wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycji: 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g i 1h pieluchomajtek dla dorosłych posiadających system szybkiego wchłaniania (Feel Dry lub EDS).

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet IX, pozycja: 1e): pieluchomajtki dla dorosłych o chłonności co najmniej 3180 ml? Znikoma różnica pomiędzy oczekiwaną przez zamawiającego chłonnością wyrobu tj. 3200 ml, a chłonnością oferowanego produktu tj. 3180 ml w żaden sposób nie wpływa na komfort oraz funkcjonalność użytkowania wyrobu oraz nie zwiększa ilości używanych produktów. Chcielibyśmy również nadmienić, iż wg. międzynarodowego standardu ISO 15621 pkt 7.5.4 na podstawie niepublikowanych badań przeprowadzonych w Szpitalach wynika, że użytkownik nie jest w stanie zauważyć różnicy w zdolności pochłaniania mniejszej niż 30%, przy wykonywaniu pomiaru zgodnie z metodą badań przedstawioną w ISO 11948 - czyli w tym przypadku dla pacjenta niezauważalna jest różnica: 20 ml.

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie wymaga, ale wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycji 1e pieluchomajtek dla dorosłych o chłonności co najmniej 3180 ml.

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet IX, pozycje: 1d, 1h): pieluchomajtki dla dorosłych o rekomendowanym minimalnym obwodzie 56cm i maksymalnym aż 96cm?

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie wymaga, ale wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycji: 1d i 1h pieluchomajtek dla dorosłych o rekomendowanym minimalnym obwodzie 56 cm i maksymalnym aż 96 cm (obwód w pasie/biodrach).

Pytanie 15

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet IX, pozycje: 1a, 1e): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o obwodzie produktu co najmniej 160 cm? Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryterium przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności.

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w pozycji: 1a i 1e pieluchomajtek dla dorosłych w rozmiarze „L” o obwodzie produktu co najmniej 160 cm.

Pytanie 16

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet IX, pozycje: 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h): pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Barierki boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta. Powinny znajdować się w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce krocza przed wyciekami. Falbanki wewnątrz skierowane do wewnątrz tworzą natomiast dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas napełniania pieluchomajtki moczem, falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, tworząc rynne, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu. Należy nadmienić, że wymagania zawarte w SIWZ, cytując: „...barierki wewnętrzne przeciwwyciekowe skierowane na zewnątrz ...” spełnia tylko jeden producent, co ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty innym ewentualnym wykonawcom i jest niezgodne z PZP.

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w pozycji: 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g i 1h pieluchomajtek dla dorosłych wyposażonych w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu.

Pytanie 17

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet IX, pozycje: 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytuowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor?

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w pozycji: 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g i 1h pieluchomajtek dla dorosłych posiadających wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytuowanego w centralnej części wkładu chłonnego.

Pytanie 18

Pakiet 1, poz. 1

Czy zamawiający wymaga gazę w roli 13 nitkową, niejalołą, szer. 90 cm x 100 m?

Wyjaśniamy:

Zamawiający wymaga gazę 17 nitkową szer. 90 cm +/- 5 cm. Zamawiający nie podaje długości beli.

Pytanie 19

Pakiet 1, poz. 1

Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb z przeliczeniem ilości?

Wyjaśniamy:

Zamawiający wyraża zgodę na wycenę op. 100 mb w pozycji 1, Pakiet I z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie 20

Pakiet 1, poz. sterylne

Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu. Metoda sterylizacji wyrobów zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie 21

Pakiet 1, poz. z klasą IIa

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ?

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie wyrobów z gazy sklasyfikowanych w klasie I reg.4.

Pytanie 22

Pakiet 1, poz. 8, 10, 13,

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 3 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie w pozycji: 8, 10 i 13 kompresów gazowych pakowanych w **blistrze x 25 szt. blisterów.**

Pytanie 23

Pakiet 1, poz. 34

Czy zamawiający dopuści serwetę bez naklejki jedno- lub dwudzielnej, data ważności, nr Serii oraz producenta znajduje się na opakowaniu typu folia-papier?

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie wyraża zgody. Wymagana na opakowaniu etykieta zgodna z normą PN-EN 15223-1:2012 dwu lub trójdzielna z samoprzylepnymi odcinkami zawierającymi termin ważności, serie, kod wyrobu, datę ważności sterylizacji. Etykieta główna pozostaje na opakowaniu.

Pytanie 24

Pakiet 1, poz. 34

Czy zamawiający odstąpi od wymogu klasy IIa reg. 7?

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie wyraża zgody. Wymagana klasa dla serwet operacyjnych w poz. 34, zgodnie z zapisami SIWZ, to klasa IIa, reg. 7.

Pytanie 25

Pakiet 1, poz. 34

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 1 szt. w blistrze papier-folia, z przeliczeniem ilości?

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie w poz. 34 serwet operacyjnych **pakowanych a' 1 szt. w blistrze papier-folia.**

Pytanie 26

Pakiet 1, poz. 36

Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe elastyczne wykonane 70 % - 80 % z przędzy poliamidowej teksturowanej (nazwa zamienna nylon, elastil, poliamid) oraz 20 % - 30 % poliuretanowej przędzy elastomerowej (nazwa zamienna lycra, spandex, elastan, dorlastan)?

Wyjaśniamy:

Zamawiający wyraża zgodę na oferowane siatki opatrunkowe elastyczne – skład zgodny z SIWZ.

Pytanie 27

Pakiet 1, poz. 36

Czy w związku z komfortem użytkowania siatek oraz wysoką przepuszczalnością zamawiający wymaga poniższej wielkości oczek?

Rozmiar 1 - 9mm x 10mm

Rozmiar 2 – 13mm x 15mm

Rozmiar 3 - 13mm x 15mm

Rozmiar 4 - 13mm x 15mm

Rozmiar 6 - 13mm x 15mm

Rozmiar 8 - 13mm x 15mm

Rozmiar 10 - 13mm x 15mm

Rozmiar 14 - 13mm x 15mm

Wyjaśniamy:

Zamawiający wymaga zaoferowanie w poz. 36 siatek opatrunkowych elastycznych o długość 25m w stanie rozciągniętym:

a) na palec

b) dłoń, stopa

c) ramię, kończyna dolna

d) głowa, tułów dziecka

e) biodro, tułów dorosłego.

Zamawiający nie określa wielkości oczek.

Pytanie 28

Pakiet 1, poz. 36

Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała. rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w.

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. j.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa, brzuch – 80-140 mm, j.w.

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie określa rozmiarów siatek. W poz. 36 wymagane są siatki opatrunkowe elastyczne na poszczególne części ciała, tj.:

a) na palec

b) dłoń, stopa

c) ramię, kończyna dolna

d) głowa, tułów dziecka

e) biodro, tułów dorosłego.

Pytanie 29

Pakiet 1, poz. 1-11,13-14,16,20-23,28-29,34,36

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1-11,13-14,16,20-23,28-29,34,36 z pakietu 1. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie wydziela pozycji 1÷11,13÷14, 16, 20÷23, 28÷29, 34 i 36 z Pakietu I.

Pytanie 30

Pakiet II, poz. 6

Czy zamawiający wydzieli poz.6 do osobnego pakietu II, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie wydziela pozycji 6 z Pakietu II.

Pytanie 31

Pakiet II, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Wyjaśniamy:

Zamawiający wyraża zgodę na wycenę op. 50 szt. w pozycji 6, Pakiet II z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie 32

Pakiet I poz. 12

Czy Zamawiający dopuści kompresy 12 warstwowe? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie wymaga, ale wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycji 12, Pakiet I kompresów 12 warstwowych.

Pytanie 33

Pakiet I poz. 19

Czy Zamawiający dopuści kompresy 8 warstwowe? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w pozycji 19, Pakiet I kompresów 8 warstwowych.

Pytanie 34

Pakiet VIII poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 90 x 150 cm? Reszta zgodnie z SIWZ.

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie wymaga, ale wyraża zgodę na zaoferowanie w poz. 1 serwety w rozmiarze 90x150 cm.

Pytanie 35

Wzór umowy:

Czy dostawy mają być realizowane w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Wyjaśniamy:

Tak, Zamawiający przez dzień roboczy rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie 36

Wzór umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się, aby reklamowany towar był wymieniany w ciągu 3 dni roboczych?

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie zmienia zapisów Wzoru umowy.

Pytanie 37

Wzór umowy:

Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna, o której mowa w § 12 ust. 1 naliczana była od niezrealizowanej części umowy?

Wyjaśniamy:

Zamawiający wskazuje, że pytanie dotyczy kar umownych opisanych w § 5, a nie w § 12 wzoru umowy. Zapisy w Zał. nr 6 do SIWZ „WZÓR UMOWY” § 5 KARY UMOWNE pozostają bez zmian.

Pytanie 38

Wzór umowy:

Czy Zamawiający zgadza się, aby w § 12 ust. 5 i 6 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy i rozwiązania umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy / rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy / rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy / rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Wyjaśniamy:

Zamawiający wskazuje, że pytanie dotyczy rozwiązania i odstąpienia od umowy opisanych w § 6, a nie w § 12 wzoru umowy. Zapisy w Zał. nr 6 do SIWZ „WZÓR UMOWY” § 6 ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY pozostają bez zmian.

Pytanie 39

PAKIET NR VI

Poz. nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do wkłucia lędźwiowego, jałowego o następującym składzie:

- 1 x nieprzylepna serweta z dwuwarstwowego laminatu PP+PE w rozm. 75 cm x 90 cm
- 1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm
- 6 x tampony z gazy bawełnianej (tupfer), wielkości śliwki (rozmiar po rozwinięciu ok. 20x20 cm)
- 1 x dwuwarstwowa, barierowa serweta z włókniny w rozm. 75 x 90 cm, z otworem i przylepną krawędzią boczną
- 1 x strzykawka Luer Lock 5 ml (zapakowana)
- 1 x igła podskórna, czarna, 22G 1 1/4 (0,7x30 mm) (zapakowana)
- 1 x igła podskórna, różowa, 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm) (zapakowana)
- 1 x sterylny, samoprzylepny opatrunek chłonny, 7,2 x 5 cm

Zestaw zapakowany w opakowanie typu twardy blister w kształcie tacki z trzema wgłębieniami, która może służyć jako nerka. Na opakowaniu samoprzylepna, dwudzielna etykieta do wklejenia do dokumentacji pacjenta oraz oznakowanie, że produkt jest sterylizowany tlenkiem etylenu.

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie wyraża zgody na oferowany zestaw.

Pytanie 40

PAKIET NR VI

Czy Zamawiający dopuści możliwość potwierdzenia procesu sterylizacji wyrobu jałowego przez dołączenie, zamiast raportu z rewalidacji, certyfikatu potwierdzającego zgodność z wymaganiami normy EN ISO 11135-1 : 2007 oraz deklarację zgodności i certyfikat CE?

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga dla wyrobów jałowych na potwierdzenie walidacji procesu sterylizacji przedstawienia raport z ponownej kwalifikacji (rewalidacji) procesu sterylizacji, wykonywanej z określoną częstotliwością zgodnie z PN-EN ISO 17665-1 dla sterylizacji parą wodną lub PN-EN ISO 11135-1 dla sterylizacji tlenkiem etylenu lub PN-EN ISO 11137-1,2 dla sterylizacji radiacyjnej.

Pytanie 41

PAKIET NR VIII

Poz. nr 1,2,3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet operacyjnych wykonanych z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 55 g/m²?

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie wymaga, ale wyraża zgodę na zaoferowanie w poz. 1, 2 i 3 serwet operacyjnych wykonanych z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 55 g/m².

Pytanie 42

PAKIET NR VIII

Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety operacyjnej w rozmiarze 90x150cm?

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie wymaga, ale wyraża zgodę na zaoferowanie w poz. 1 serwety operacyjnej w rozmiarze 90x150cm.

Pytanie 43

PAKIET NR VIII

Poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety operacyjnej w rozmiarze 45x75cm lub 75x75cm?

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie wymaga, ale wyraża zgodę na zaoferowanie w poz. 2 serwety operacyjnej w rozmiarze 45x75 cm.

Pytanie 44

Pakiet 1, pozycja 12, 15, 16, 19, 34, 35

Czy Zamawiający dopuści kompresy i serwety z dwoma osobnymi samoprzylepnymi naklejkami typu TAG nie w formie dwu lub trójdzielnej etykiety (etykieta główna + 2 etykiety typu TAG)?

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie wyraża zgody. Wymagana na opakowaniu etykieta zgodna z normą PN-EN 15223-1:2012 dwu lub trójdzielna z samoprzylepnymi odcinkami zawierającymi termin ważności, serie, kod wyrobu, datę ważności sterylizacji. Etykieta główna pozostaje na opakowaniu.

Pytanie 45

Pakiet 1, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści kompresy bez nitki RTG?

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie kompresów gazowych bez nitki rtg.

Pytanie 46

Pakiet 1, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'10szt z przeliczeniem podanych ilości?

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie kompresów gazowych pakowanych a'10 szt.

Pytanie 47

Pakiet 1, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozmiarze 7,5cm x 7,5cm?

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie kompresów gazowych w rozmiarze 7,5cm x 7,5cm.

Pytanie 48

Pakiet 1, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'10szt z przeliczeniem podanych ilości?

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie kompresów gazowych pakowanych a'10 szt.

Pytanie 49

Pakiet 1, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści kompresy bez nitki RTG?

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie kompresów gazowych bez nitki rtg.

Pytanie 50

Pakiet 1, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści kompresy 16 warstwowe?

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie wymaga, ale wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycji 19, Pakiet I kompresów 16 warstwowych.

Pytanie 51

Pakiet 2, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści plaster do mocowania kaniul pakowany pojedynczo w zbiorczym opakowaniu a'100 szt. z przeliczeniem podanych ilości na opakowania? Państwa zgoda pozwoli na

Wyjaśniamy:

Zamawiający wyraża zgodę na wycenę op. 100 szt. w pozycji 6, Pakiet II z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie 52

Pakiet 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek oczny sterylizowany tlenkiem etylenu, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie wyraża zgody. Wymagany opatrunek sterylizowany radiacyjnie, zakładka papieru ochronnego min. 1 cm umożliwi łatwą aplikację opatrunku nawet w rękawiczkach. Wyrób zgodny z wymaganiami normy ISO 10993-5, ISO 10993-10, czyli nie wykazuje działania drażniącego, uczulającego i cytotoksycznego.

Pytanie 53

Pakiet 8, pozycja 1-3

Prosimy o dopuszczenie serwety dwuwarstwowej o gramaturze 40g/m², spełniającej wysokie wymagania wg normy EN 13795:2011+A1:2013.

Obłożenia chirurgiczne i/lub wyroby medyczne, stosowane są m.in. w celu zapewnienia czystej mikrobiologicznej strefy roboczej wokół rany oraz w celu zmniejszenia przenoszenia flory bakteryjnej skóry pacjenta do rany. Wysokie wymagania wg normy EN 13795:2011+A1:2013 w tym: odporność na przenikanie drobnoustrojów oraz odporność na penetrację cieczy na poziomie >100 cm H₂O, zapewniają wysokie bezpieczeństwo oraz ochronę pacjenta, jak również wpływają na zminimalizowanie zakażeń i infekcji. Chcemy nadmienić, że serwety dwuwarstwowe o gramaturze 40 g/m² wykonane są z wysokochłonnego polipropylenu typu spunlace oraz nieprzemakalnej folii polietylenowej, co także wpływa na barierowość przed przenikaniem mikroorganizmów oraz zwiększenie bezpieczeństwa dla pacjenta.

Nadrzędnym celem produkcji wyrobów medycznych jest wytwarzanie ich w taki sposób aby stosowanie ich nie zagrażało zdrowiu i bezpieczeństwu pacjentów. Ta dbałość została zachowana, gdyż mimo niższej gramatury serwety dwuwarstwowe 40g charakteryzują się podwyższonym poziomem wymagań użytkowych. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwet dwuwarstwowych o gramaturze min. 40 g/m².

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w poz. 1, 2 i 3 serwet operacyjnych o gramaturze 40 g/m².

Pytanie 54

Pakiet 8, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x60cm?

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie wymaga, ale wyraża zgodę na zaoferowanie w poz. 2 serwety operacyjnej w rozmiarze 45x60 cm.

P.O. DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zarobkowej
41-250 Czajka, ul. Szpitalna 40
Jolanta Sikora-Kaluźna