



Znak sprawy: DZA.381.29. 1 .2020

Czeladź, dnia 08.09.2020r.

## Do wszystkich Wykonawców

**Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego Nr DZA.381.29.2020 o wartości równej lub przekraczającej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - ustawy Prawo zamówień publicznych - na „Dostawę wyrobów medycznych”**

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, 41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 40 informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

### Pytanie 1

#### Dotyczy pakietu nr 1 poz. 4

Czy zamawiający wydzielił poz.4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

#### Wyjaśniamy:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu nr 1 pozycji 4 i nie stworzy osobnego pakietu dla tej pozycji. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

### Pytanie 2

Prosimy o dopuszczenie rękawic nitrylowych niesterylnych, bezpydrowych o powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej – polimeryzowanej, wewnętrznej chlorowanej z równomiernie rolowanym brzegiem mankietu. I delikatnie teksturowanych z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubość na palcach min. 0,09 mm, na dłoni min. 0,07 mm. Odpornych na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 > 6,5N. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Dyspenser oraz otwór dozujący zabezpieczone dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 10 substancji na poziomie co najmniej 4). Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671, przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978. Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 szt.

#### Wyjaśniamy:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany produkt. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

lek. Marek Czekaj  
ZASIEDLONA  
PRACOWNICZA