



Znak sprawy: DZA.381.48.1.2020

Czeladź, dnia 27.01.2021r.

## Do wszystkich Wykonawców

**Dot.** Postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego Nr DZA.381.48.2020 o wartości równej lub przekraczającej niżkwoły określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - ustawy Prawo zamówień publicznych - na „Dostawę wyrobów medycznych: soczewek wewnątrzgałkowych, materiałów medycznych stosowanych w okulistyce oraz materiałów i akcesoriów do fakoemulsyfikacji zaćmy i witrektomii przedniej, a także materiałów i akcesoriów do witrektomii tylnej, fakoemulsyfikacji”

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, 41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 40 informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

### Pytanie nr 1

#### Dotyczy Pakietu nr 14 poz. 4:

Czy Zamawiający wydzieli do odrębnego pakietu pozycję nr 4 z pakietu nr 14 w celu zwiększenia ilości składanych ofert konkurencyjnych?

#### Wyjaśniamy:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 4 z pakietu 14 do osobnego pakietu.

### Pytanie nr 2

#### Dotyczy Pakietu nr 14 poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 14 pozycja nr 4 gaz okulistyczny SF6 w pojemniku o pojemności 75 ml do użytku wielorazowego z zamknięciem obiegającym wydostaniu się gazu z pojemnika, zestaw zawiera również 3 zestawy do iniekcji w składzie: 3 x 60 ml strzykawka, 3 x igła 30G, 3 x filtr, 3 x łącznik, 3 x opaska na nadgarstek pacjenta.

#### Wyjaśniamy:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 14 pozycji 4 oferowanego produktu. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

### Pytanie nr 3

#### Dotyczy Pakietu nr 14 poz. 1-2:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 14 poz. 1-2 oleje silikonowe bez zestawu do podawania oleju?

#### Wyjaśniamy:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

### Pytanie nr 4

#### Dotyczy Pakietu nr 14 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 14 poz. 3 perfluorowęglowodór dziesięciowęglowy (pierścieniowa struktura cząsteczki): lepkość w temperaturze 24-250C: od 6.2 do 4.4 mPas, ciężar właściwy 1.917 – 1.94 g/cm<sup>3</sup>, współczynnik refrakcji 1,31, napięcie powierzchniowe 13 mm Hg, temperatura wrzenia: 140°C, pakowany w szklane fiołki o pojemności 7 ml?

#### Wyjaśniamy:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.



**Pytanie 5**

**Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1:**

Czy zamawiający dopuści również wiskoealstyk o parametrach wymienionych poniżej:

Materiał wiskoelastyczny kohezyjny hialuronian sodowy 1,4 kwas hialuronowy otrzymywany w procesie biofermentacji, masa cząsteczkowa 2.8-3.2 mln Da, lepkość 400 000mPas, osmolarność 270-400 mOs/kg, ampułkostrzykawka 1 ml z kaniula 27G?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 6**

**Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2:**

Czy zamawiający dopuści również wiskoealstyk o parametrach wymienionych poniżej:

Materiał wiskoelastyczny kohezyjny hialuronian sodowy 1,6% kwas hialuronowy, masa cząsteczkowa 1.2-2 mln Da, lepkość 80 000mPas, osmolarność 270-400 mOs/kg, ampułkostrzykawka 1 ml z kaniulą?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 7**

**Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 3:**

Czy zamawiający dopuści również wiskoealstyk o parametrach wymienionych poniżej:

Materiał wiskoelastyczny kohezyjny hialuronian sodowy 1% kwas hialuronowy otrzymywany w procesie biofermentacji, masa cząsteczkowa 2.8-3.2 mln Da, lepkość 300 000mPas, osmolarność 270-400 mOs/kg, ampułkostrzykawka 1 ml z kaniula 27G?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 8**

**Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 4:**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie do osobnego pakietu pozycji nr 4 z pakietu nr 2 co pozwoli większej ilości wykonawców do przystąpienia do niniejszego postępowania?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 4 z pakietu 2 do osobnego pakietu.

**Pytanie 9**

**Dotyczy Pakietu nr 8:**

Czy zamawiający dopuści retraktry o parametrach wymienionych poniżej:

Retraktryęczówkowe jednorazowego użytku zbudowany z niebieskiego haczyka wykonanego z polipropylenu oraz z silikonowego stopera, sterylne, pięć sztuk w opakowaniu?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

**Pytanie 10**

**Dotyczy Pakietu nr 10 poz. nr 1:**

Czy zamawiający dopuści również błękit w fiołce 1 ml?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

**Pytanie 11**

**Dotyczy Pakietu nr 10 poz. nr 2:**

Czy zamawiający dopuści również barwnik pakowany po 1 sztuce?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga by oferowany barwnik był pakowany po 1 sztuce. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.





### Pytanie 12

#### Dotyczy Pakietu nr 6 poz. nr 1:

Czy Zamawiający akceptuje do dostawy:

Pierścień dotorebkowy atraumatyczny do stabilizacji soczewki wewnętrznej, wykonany z materiału PMMA (polimetakryl an metylu), kolor niebieski; grubość 0,17 mm; zakończony po obu stronach pierścieniami fiksacyjnymi fi wewn. 0,38 mm

Wymiary pierścienia:

- średnica pierścienia (w stanie sprężonym, przy stykających się pierścieniami fiksacyjnymi): 11 mm / 12 mm

- średnica pierścienia rozprężonego: 13 mm / 14 mm

Pierścień jałowy, załadowany fabrycznie do jałowego jednorazowego injectora;

injector elementem zabezpieczającym przed niekontrolowanym przesuwem tłoka.

#### Wyjaśniamy:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

### Pytanie 13

#### Dotyczy Pakiet nr 10 poz. nr 2:

Czy Zamawiający akceptuje do dostawy:

Nietoksyczny barwnik do wybarwiania błony granicznej wewnętrznej ILM (kolor niebieski): 0,125 mg Brilliant Blue G (trifenylometan, stężenie 0,25 g/l) oraz do wybarwiania błon nasiatkówkowych ERM i ciała szklanego

(kolor fioletowy): 0,65 mg Bromphenol Blue (stężenie 1,3 g/l); Gęstość 1,03 g/cm<sup>3</sup>; ampulkostrzykawką a 0,5 ml

#### Wyjaśniamy:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

### Pytanie 14

#### Dotyczy Pakietu nr 14 poz. nr 1:

Czy Zamawiający akceptuje do dostawy:

Olej silikonowy, 100% polydimethylsiloxan; ultra oczyszczony i sterylny, dostępny w jednorazowych, szklanych strzykawkach o pojemności 10 ml

Własności fizyczne (przy 25 °C): lepkość [mPas] 900 – 1200; gęstość [g/cm<sup>3</sup>]: 0,97; wskaźnik refrakcji (w temp. 20 °C): 1,4040

#### Wyjaśniamy:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

### Pytanie 15

#### Dotyczy Pakietu nr 14 poz. nr 2:

Czy Zamawiający akceptuje do dostawy:

Olej silikonowy, 100% polydimethylsiloxan; ultra oczyszczony i sterylny, dostępny w jednorazowych, szklanych strzykawkach o pojemności 10 ml

Własności fizyczne (przy 25 °C): lepkość [mPas] 4800 – 5200; gęstość [g/cm<sup>3</sup>]: 0,97; wskaźnik refrakcji (w temp. 20 °C): 1,4040

#### Wyjaśniamy:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

### Pytanie 16

#### Dotyczy Pakietu nr 14 poz. nr 3:

Czy Zamawiający akceptuje do dostawy:

100 % perfluorodekalina (C10F18), Fiolka o objętości: 5ml; Własności fizyczne (przy 25 °C): gęstość [g/cm<sup>3</sup>]: 1,93; lepkość [mPas]: 5,5; napięcie powierzchniowe [mN/m, w temp. 25°C]: 19,0; temperatura wrzenia: 142°C;

wskaźnik refrakcji (25°C): 1,313

#### Wyjaśniamy:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ



ul. Szpitalna 40

41-250 Czeladź

NIP: 6252247223 REGON: 278209300

Nr rejestrowy BDO 000006287



(32) 763-76-38



sekretariat.czeladz@pzzoz.bedzin.pl



www.pzzoz.bedzin.pl



### Pytanie 17

#### Dotyczy Pakietu nr 14 poz. nr 4:

Czy Zamawiający akceptuje do dostawy:

Sterylna, gotowa do użycia, terapeutyczna stabilna mieszanina 20% Sulfurhexafluoride (SF6) z 80% powietrza; czas efektywnej tamponady [dni]: 6; czas retencji [tygodnie]: 1 do 2; maksymalne stężenie mieszaniny zdolnej do rozprężania [%]: 20; ilość 40 ml; strzykawka a 60 ml plus filtr.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o podanie wymaganej równoważnej ilości.

#### Wyjaśniamy:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

### Pytanie 18

#### Dotyczy Pakietu 11 poz. 1 oraz Pakietu nr 12 poz. 1:

Czy zamawiający dopuści, w pakiecie 11, zad.1 oraz pakiecie 12 zad.1, możliwość dostarczania zastępczych "Jałowych, jednorazowych, zbiorczo zapakowanych zestawów akcesoriów niezbędnych do wykonania fakoemulsyfikacji", do czasu wyprodukowania zestawów zgodnych z opisem zamawiającego?

Oferowane przez Wykonawcę zestawy do operacji produkowane są każdorazowo pod indywidualne potrzeby Zamawiającego i z tego względu minimalny czas potrzebny na wyprodukowanie oraz transport z zakładu produkcyjnego poza granicami kraju wynosi około 6 tygodni. Ze względu na powyższe proszę jak we wstępie.

#### Wyjaśniamy:

Zamawiający dopuszcza, w pakiecie 11, zad.1 oraz pakiecie 12 zad.1, możliwości dostarczania zastępczych "Jałowych, jednorazowych, zbiorczo zapakowanych zestawów akcesoriów niezbędnych do wykonania fakoemulsyfikacji", do czasu wyprodukowania zestawów zgodnych z opisem SIWZ.

### Pytanie 19,

#### Dotyczy Pakietu 13 poz. 1, 2 i 3:

Czy zamawiający dopuści, w pakiecie 13, zad.1, 2 i 3, możliwość dostarczania zastępczych "Jałowych, jednorazowych, zbiorczo zapakowanych zestawów akcesoriów niezbędnych do wykonania zabiegów witrektomii tylnej", do czasu wyprodukowania zestawów zgodnych z opisem SIWZ?

Oferowane przez Wykonawcę zestawy do operacji produkowane są każdorazowo pod indywidualne potrzeby Zamawiającego i z tego względu minimalny czas potrzebny na wyprodukowanie oraz transport z zakładu produkcyjnego poza granicami kraju wynosi około 6 tygodni. Ze względu na powyższe proszę jak we wstępie.

#### Wyjaśniamy:

Zamawiający dopuszcza, w pakiecie 13, zad.1, 2 i 3, możliwości dostarczania zastępczych "Jałowych, jednorazowych, zbiorczo zapakowanych zestawów akcesoriów niezbędnych do wykonania zabiegów witrektomii tylnej", do czasu wyprodukowania zestawów zgodnych z opisem SIWZ

### Pytanie 20

#### Dotyczy zapisów w pkt 8 SIWZ, Pakiety 11, 12, 13:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie możliwości złożenia oferty oraz dostawy zestawów operacyjnych opisanych w Pakiecie nr 11, 12, 13 z terminem ważności **nie krótszym niż 3/4 nominalnego okresu ważności (tj. z terminem ważności nie krótszym niż 9 miesięcy)**.

Dostarczenie Zamawiającemu przedmiotu umowy z terminem ważności nie krótszym niż 12 miesięcy w przypadku zestawów, dla których nominalny termin ważności (od momentu zakończenia sterylizacji do końca okresu ważności zestawu) wynosi 12 miesięcy nie jest możliwe do realizacji. Wyroby medyczne stanowiące przedmiot zamówienia produkowane są poza granicami kraju i z uwagi na transport oraz inne względy logistyczne spełnienie powyższego wymogu nie możliwe. Dlatego bardzo proszę jak we wstępie.

#### Wyjaśniamy:

Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty oraz dostawy zestawów operacyjnych opisanych w Pakiecie nr 11, 12, 13 z terminem ważności nie krótszym niż 3/4 nominalnego okresu ważności **(tj. z terminem ważności nie krótszym niż 9 miesięcy)**.



ul. Szpitalna 40

41-250 Czeladź

NIP: 6252247223 REGON: 278209300

Nr rejestrowy BDO 000006287



(32) 763-76-38



sekretariat.czeldadz@pzzoz.bedzin.pl



www.pzzoz.bedzin.pl



## Pytanie 21

### Dotyczy Pakietów od nr 1 do 10 i 14

#### Dotyczy §2 ust. 13-14 wzoru umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §2 ust. 13 -14 projektu umowy w brzmieniu:

*„13. Wykonawca zapewnia terminowość dostaw, a ewentualne przeszkody zaistniałe z winy Wykonawcy nie mogą wpłynąć na terminowość dostaw oraz odpowiedzialność Wykonawcy.*

#### Wyjaśniamy:

Zamawiający nie zmienia dla Pakietów od nr 1 do 10 i 14 zapisów § 2 ust. 13 wzoru umowy – załącznik 7.1, 7.2.

*„14. Zamawiający ma prawo składać zamówienia bez ograniczeń co do zakresu i ilości, a także prawo do nie wykorzystania pełnego zakresu asortymentu objętego umową w przypadku zmniejszenia zapotrzebowania, z tym jednak zastrzeżeniem, że Zamawiający zobowiązuje się, że niezależnie od okoliczności zrealizuje umowę min. na poziomie 80% jej wartości i w tym zakresie Wykonawcy przysługuje roszczenie o realizację umowy.” ?*

#### Uzasadnienie:

Zamawiający powinien zapewnić realizację umowy na poziomie min. 80% jej pierwotnie określonej wartości i w tym zakresie Wykonawcy winno służyć roszczenie o jej realizację. W innym przypadku całe przedsięwzięcie mogłoby okazać się dla Wykonawcy nieopłacalne. Brak zastrzeżenia wartości, którą Zamawiający zrealizuje niezależnie od okoliczności uniemożliwia Wykonawcom racjonalne i dokładne oszacowanie oferty, co z kolei jest niekorzystne również dla Zamawiającego. Wykonawca nie powinien też ponosić negatywnych konsekwencji okoliczności przez siebie niezawinionych.

#### Wyjaśniamy:

Zamawiający zmienia zapis § 2 ust. 14 wzoru umowy ( załącznik nr 7.1, 7.2), który otrzymuje brzmienie:

Zamawiający ma prawo składać zamówienia bez ograniczeń co do zakresu i ilości, a także prawo do nie wykorzystania pełnego zakresu asortymentu objętego umową w przypadku zmniejszenia zapotrzebowania. Zmniejszenie wartości umowy nie może przekroczyć 20% wartości określonej w niniejszej umowie.

## Pytanie 22

### Dotyczy §4 ust. 2 wzoru umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §4 ust. 2 projektu umowy w następującym brzmieniu:

*„2. Wykonawca rozpatrzy reklamację Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji ilościowej lub 2 dni roboczych od daty otrzymania reklamowanego asortymentu – w przypadku reklamacji jakościowej. Nie udzielenie odpowiedzi w tym terminie lub brak podania przyczyn nie uznania zasadności reklamacji w tym terminie uważane będzie za uwzględnienie reklamacji w ostatnim dniu tego terminu.*

#### Uzasadnienie:

Wykonawca nie ma możliwości odniesienia się do reklamacji jakościowej bez naocznego zbadania reklamowanych towarów, dlatego termin na załatwienie takiej reklamacji powinien rozpoczynać bieg od daty doręczenia reklamowanych towarów do Wykonawcy.

#### Wyjaśniamy:

Zamawiający nie zmienia zapisów § 4 ust. 2 wzoru umowy – załącznik 7.1.

## Pytanie 23

### Dotyczy §5 ust. 1 - 2 wzoru umowy – załącznik 7.1

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §5 ust. 1-2 projektu umowy w brzmieniu:

*„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:*

- a) *w wysokości 0,5 % wartości netto danego zamówienia częściowego, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w zrealizowaniu dostawy częściowej, względem terminu określonego w § 2 ust. 10 niniejszej umowy, (dotyczy Pakietów: 1- 10 i 14), nie więcej jednak niż 10% tej wartości;*
- b) *w wysokości 0,5 % wartości netto danego zamówienia częściowego, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji któregokolwiek obowiązków określonych w § 4 ust. 3 niniejszej umowy, nie więcej jednak niż 10% tej wartości;*





- c) w wysokości 10% **niezrealizowanej części** wynagrodzenia netto (za daną część zamówienia) określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy - w przypadku gdy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca nastąpi odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym.

2. Zamawiający ma prawo dochodzić kar umownych **na podstawie, księgowej noty obciążeniowej, która będzie płatna do 14 dni od daty jej doręczenia Wykonawcy przez Zamawiającego.** ?

#### Uzasadnienie:

- Mianem „opóźnienia” określa się każdą nieterminową realizację obowiązków, zaś mianem „zwłoki” określa się tylko takie opóźnienie, które powstało z wyłącznej winy danego podmiotu, a nie działania np. siły wyższej lub osoby trzeciej. Zasadnym jest, aby kara umowna była naliczana wyłącznie w przypadku zwłoki, a nie opóźnienia;

- Brak górnego limitu kar umownych oznacza, że mogą one urosnąć do rozmiarów znacząco przekraczających wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego, kary przestaną wówczas pełnić funkcję odszkodowawczą i mogą prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego kosztem Wykonawcy. W razie uzasadnionej potrzeby Zamawiający i tak może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Stosownie do art. 15r<sup>1</sup> ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 1842): W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Przepis art. 15r ust. 1 tej samej ustawy odnosi się natomiast do umowy w sprawie zamówienia publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.).

- Termin zapłaty noty obciążeniowej powinien rozpoczynać bieg od momentu jej doręczenia Wykonawcy – Wykonawca nie może bowiem uiścić należności, o której istnieniu nie wie.

#### **Wyjaśniamy:**

Zamawiający nie zmienia zapisów § 5 ust. 1- 2 wzoru umowy – załącznik 7.1. Zamawiający nie zmienia wysokości kar umownych.

#### **Pytanie 24**

##### **Dotyczy §6 ust. 2 wzoru umowy – załącznik 7.1**

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §6 ust. 2 projektu umowy w brzmieniu:

„Zamawiający może rozwiązać umowę w całości lub części ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:

- Wykonawca **czterokrotnie ze swej winy** nie dotrzyma terminu dostawy częściowej określonego zgodnie z § 2 ust. 10 umowy,
- zwłoka** w zrealizowaniu **któregokolwiek** dostawy częściowej przekroczy 10 dni roboczych,
- Wykonawca opóźni się z **ze swej winy z realizacją** **któregokolwiek** obowiązków określonych w § 4 ust. 3 umowy o **ponad 10 dni roboczych.**” ?

#### Uzasadnienie:

- Mianem „opóźnienia” określa się każdą nieterminową realizację obowiązków, zaś mianem „zwłoki” określa się tylko takie opóźnienie, które powstało z wyłącznej winy danego podmiotu, a nie działania np. siły wyższej lub osoby trzeciej. Zasadnym jest, aby kara umowna była naliczana wyłącznie w przypadku zwłoki, a nie opóźnienia;

- Wykonawca prosi o zwiększenie liczby dopuszczalnych naruszeń.

#### **Wyjaśniamy:**

Zamawiający nie zmienia zapisów § 6 ust. 2 lit. a), b), c) wzoru umowy – załącznik 7.1.



### Pytanie 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by zmiana wynagrodzenia brutto – w związku ze zmianą stawki podatku VAT – następowiała z dniem wejścia w życie właściwych przepisów prawa (bez konieczności zawierania przez strony aneksu do umowy)?

#### Uzasadnienie:

Wykonawca nie może wystawić faktury z nieobowiązującą stawką podatku VAT.

#### Wyjaśniamy:

Zamawiający nie zmienia zapisu §7 wzoru umowy – załącznik nr 7.1 oraz §8 wzoru umowy – załącznik nr 7.2.

### Pytanie 26

#### Dotyczy Pakietów od nr 11 do nr 13

#### Dotyczy § 2 ust. 13 projektu u mowy

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §2 ust. 13-14 projektu umowy w brzmieniu:

„13. Wykonawca zapewnia terminowość dostaw, a ewentualne przeszkody zaistniałe z winy Wykonawcy nie mogą wpłynąć na terminowość dostaw oraz odpowiedzialność Wykonawcy.

#### Wyjaśniamy:

Zamawiający nie zmienia dla Pakietów od nr 11 do nr 13 zapisów § 2, ust. 13 wzoru umowy – załącznik 7.1, 7.2.

### Pytanie 27

#### Dotyczy § 2 ust. 14 projektu u mowy – załącznik 7.1, 7.2

14. Zamawiający ma prawo składać zamówienia bez ograniczeń co do zakresu i ilości, a także prawo do nie wykorzystania pełnego zakresu asortymentu objętego umową w przypadku zmniejszenia zapotrzebowania, z tym jednak zastrzeżeniem, że Zamawiający zobowiązuje się, że niezależnie od okoliczności zrealizuje umowę min. na poziomie 80% jej wartości i w tym zakresie Wykonawcy przysługuje roszczenie o realizację umowy.” ?

#### Uzasadnienie:

Zamawiający powinien zapewnić realizację umowy na poziomie min. 80% jej pierwotnie określonej wartości i w tym zakresie Wykonawcy winno służyć roszczenie o jej realizację. W innym przypadku całe przedsięwzięcie mogłoby okazać się dla Wykonawcy nieopłacalne. Brak zastrzeżenia wartości, którą Zamawiający zrealizuje niezależnie od okoliczności uniemożliwia Wykonawcom racjonalne i dokładne oszacowanie oferty, co z kolei jest niekorzystne również dla Zamawiającego. Wykonawca nie powinien też ponosić negatywnych konsekwencji okoliczności przez siebie niezawinionych.

#### Wyjaśniamy:

Zamawiający zmienia zapis § 2 ustę 14 wzoru umowy ( załącznik nr 7.1., 7.2), który otrzymuje brzmienie:

Zamawiający ma prawo składać zamówienia bez ograniczeń co do zakresu i ilości, a także prawo do nie wykorzystania pełnego zakresu asortymentu objętego umową w przypadku zmniejszenia zapotrzebowania. Zmniejszenie wartości umowy nie może przekroczyć 20% wartości określonej w niniejszej umowie.

### Pytanie 28

#### Dotyczy §3 ust. 2 lit. a) projektu umowy – załącznik 7.2

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §3 ust. 2 lit. a) projektu umowy w następującym brzmieniu:

„a) są dopuszczone do obrotu i używania, kompletne i gotowe do funkcjonowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, wolne od wad, a Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo personelu medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych – z wyłączeniem przypadków niezastosowania się do instrukcji obsługi lub innego dokumentacji dotyczącej obsługi urządzenia a także okoliczności niezależnych od Wykonawcy” ?

#### Uzasadnienie:

Wykonawca nie może zagwarantować bezpieczeństwa używania towarów w przypadkach niestosowania się przez użytkownika do instrukcji obsługi lub innej dokumentacji dotyczącej obsługi urządzenia a także w przypadku innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy.

#### Wyjaśniamy:

Zamawiający nie zmienia zapisów §3 ust. 2 lit. a) wzoru umowy – załącznik 7.2.





### Pytanie 29

#### Dotyczy §3 ust. 7 projektu umowy – załącznik 7.2

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §3 ust. 7 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„Wykonawca rozpatrzy reklamację Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od daty udostępnienia Wykonawcy reklamowanych aparatów do zbadania. Nie udzielenie odpowiedzi w tym terminie bądź nie podanie przyczyn odmowy uznania reklamacji uważa się za uwzględnienie reklamacji. Czas naprawy uszkodzonego lub wadliwego Aparatu nie może przekroczyć 3 dni robocze od momentu udostępnienia Wykonawcy reklamowanych aparatów do zbadania. W przypadku, gdyby czas naprawy lub wymiany Aparatu miał przekroczyć 3 dni robocze Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na swój koszt Zamawiającemu, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od uwzględnienia reklamacji, Aparatu zastępczego o parametrach technicznych nie gorszych niż określone w załączniku nr 2 do umowy, na czas przedłużającej się naprawy lub wymiany.” ?

#### Uzasadnienie:

Rozpatrzenie reklamacji aparatów wymaga ich naocznego zbadania przez Wykonawcę.

#### Wyjaśniamy:

Zamawiający nie zmienia zapisów §3 ust. 7 wzoru umowy – załącznik 7.2.

### Pytanie 30

#### Dotyczy §3 ust. 8 - 9 i ust. 12 projektu umowy – załącznik 7.2

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §3 ust. 8-9 i ust. 12 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„8. Przy trzecim zasadnym zgłoszeniu reklamacji co do tego samego podzespołu lub elementu Aparatu, Wykonawca uwzględniając reklamację zobowiązany jest wymienić wadliwy podzespół lub element na nowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od uwzględnienia reklamacji.

„9. W przypadku gdyby w okresie 30 kolejnych dni kalendarzowych zostały zgłoszone cztery zasadne reklamacje dotyczące tego samego Aparatu, Wykonawca zobowiązany wymienić Aparat na nowy o parametrach nie gorszych niż określone w załączniku nr 2 do umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia reklamacji.

(...).

12. Wykonawca gwarantuje wymianę głowic ultradźwiękowych do fakoemulsyfikacji na nowe w przypadku ich awarii i braku możliwości ich naprawy.” ?

#### Uzasadnienie:

- Wykonawca prosi o zwiększenie ilości dopuszczalnych naruszeń z uwagi na daleko idące konsekwencje z nimi związane.

#### Wyjaśniamy:

Zamawiający nie zmienia zapisów §3 ust. 8-9 i ust. 12 wzoru umowy – załącznik 7.2.

### Pytanie 31

#### Dotyczy §5 ust. 2 projektu umowy – załącznik 7.2

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §5 ust. 2 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„2. Wykonawca rozpatrzy reklamację Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji ilościowej lub 2 dni roboczych od daty otrzymania reklamowanego asortymentu – w przypadku reklamacji jakościowej. Nie udzielenie odpowiedzi w tym terminie lub brak podania przyczyn nie uznania zasadności reklamacji w tym terminie uważane będzie za uwzględnienie reklamacji w ostatnim dniu tego terminu.” ?

#### Uzasadnienie:

Wykonawca nie ma możliwości odniesienia się do reklamacji jakościowej bez naocznego zbadania reklamowanych towarów, dlatego termin na załatwienie takiej reklamacji powinien rozpoczynać bieg od daty doręczenia reklamowanych towarów do Wykonawcy.

#### Wyjaśniamy:

Zamawiający nie zmienia zapisów §5 ust. 2 wzoru umowy- załącznik 7.2.

### Pytanie 32

#### Dotyczy §6 ust. 1-2 projektu umowy – załącznik 7.2

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §6 ust. 1-2 projektu umowy w brzmieniu:

„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:







- a) w wysokości 0,5 % wartości netto danego zamówienia częściowego, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w zrealizowaniu dostawy częściowej, względem terminu określonego w § 2 ust. 10 niniejszej umowy, nie więcej jednak niż 10% tej wartości;
- b) w wysokości 0,5 % wartości netto danego zamówienia częściowego, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji któregośkolwiek obowiązków określonych w § 5 ust. 3 niniejszej umowy, nie więcej jednak niż 10% tej wartości;
- c) w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przez Wykonawcę czynności, o których mowa w § 3 ust. 1 albo za każdy dzień w wykonaniu naprawy Aparatu względem terminu, o którym mowa w § 3 ust. 7 niniejszej umowy, o ile nie zostanie dostarczone urządzenie zastępcze, nie więcej jednak niż 5.000,00 zł;
- d) w wysokości 10 % niezrealizowanej części wynagrodzenia netto (za daną część zamówienia) określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy - w przypadku gdy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca nastąpi odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym.

2. Zamawiający ma prawo dochodzić kar umownych na podstawie, księgowej noty obciążeniowej, która będzie płatna do 14 dni od daty jej doręczenia Wykonawcy przez Zamawiającego." ?

#### Uzasadnienie:

- Mianem „opóźnienia” określa się każdą nieterminową realizację obowiązków, zaś mianem „zwłoki” określa się tylko takie opóźnienie, które powstało z wyłącznej winy danego podmiotu, a nie działania np. siły wyższej lub osoby trzeciej. Zasadnym jest, aby kara umowna była naliczana wyłącznie w przypadku zwłoki, a nie opóźnienia;
- Brak górnego limitu kar umownych oznacza, że mogą one urosnąć do rozmiarów znacząco przekraczających wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego, kary przestaną wówczas pełnić funkcję odszkodowawczą i mogą prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego kosztem Wykonawcy. W razie uzasadnionej potrzeby Zamawiający i tak może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
- Stosownie do art. 15r<sup>1</sup> ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842): W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Przepis art. 15r ust. 1 tej samej ustawy odnosi się natomiast do umowy w sprawie zamówienia publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).
- Termin zapłaty noty obciążeniowej powinien rozpoczynać bieg od momentu jej doręczenia Wykonawcy – Wykonawca nie może bowiem uiścić należności, o której istnieniu nie wie.

#### Wyjaśniamy:

Zamawiający nie zmienia zapisów §6 ust. 1 lit. a), b), c), d) i ust. 2 wzoru umowy – załącznik 7.2.

#### Pytanie 33

##### Dotyczy §7 ust. 2 projektu umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §7 ust. 2 projektu umowy w brzmieniu:

„Zamawiający może rozwiązać umowę w całości lub części ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:

- a) Wykonawca opóźni się ze swej winy z realizacją obowiązku określonego w §3 ust. 1 umowy o ponad 10 dni kalendarzowych,
- b) Wykonawca czterokrotnie ze swej winy nie dotrzyma terminu dostawy częściowej określonego zgodnie z § 2 ust. 10 umowy,
- c) zwłoka w zrealizowaniu którejkolwiek dostawy częściowej przekroczy 10 dni roboczych,
- d) Wykonawca opóźni się z ze swej winy z realizacją któregośkolwiek obowiązków określonych w § 5 ust. 3 umowy o ponad 10 dni roboczych.” ?

#### Uzasadnienie:

- Mianem „opóźnienia” określa się każdą nieterminową realizację obowiązków, zaś mianem „zwłoki” określa się tylko takie opóźnienie, które powstało z wyłącznej winy danego podmiotu, a nie działania np. siły wyższej lub osoby trzeciej. Zasadnym jest, aby kara umowna była naliczana wyłącznie w przypadku zwłoki, a nie opóźnienia;
- Wykonawca prosi o zwiększenie liczby dopuszczalnych naruszeń.

#### Wyjaśniamy:

Zamawiający nie zmienia zapisów §7 ust. 2 lit. a), b), c), d) wzoru umowy – załącznik 7.1.



ul. Szpitalna 40

41-250 Czeladź

NIP: 6252247223 REGON: 278209300

Nr rejestrowy BDO 000006287



(32) 763-76-38



sekretariat.czeladz@pzzoz.bedzin.pl



www.pzzoz.bedzin.pl



**Pytanie 34**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by zmiana wynagrodzenia brutto – w związku ze zmianą stawki podatku VAT – następowała z dniem wejścia w życie właściwych przepisów prawa (bez konieczności zawierania przez strony aneksu do umowy)?

**Uzasadnienie:**

Wykonawca nie może wystawić faktury z nieobowiązującą stawką podatku VAT.

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający nie zmienia zapisu §7 wzoru umowy – załącznik nr 7.1 oraz §8 wzoru umowy – załącznik nr 7.2.

**Pytanie 35**

**Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 1**

Czy w Pakiecie nr 7 poz. 1 Zamawiający dopuści strzałki spongostanowe o dł. całk. 70 mm z uchwytem plastikowym o dł. 53 mm, 1 opakowanie 200 szt.?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga strzałki spongostanowe o dł. całk. 70 mm z uchwytem plastikowym o dł. 53 mm, 1 opakowanie 200 szt. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
41-250 Czeladź/ ul. Szpitalna 40

*mgr Aldona Sylwa*