



Znak sprawy: DZA.381.41.2021

**Do wszystkich
Wykonawców**

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm) – na Remont Pracowni Endoskopii w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi, ul. Szpitalna 40 wraz z dostawą i montażem wyposażenia.

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, 41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 40 informuje, że Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1

Proszę o informację, czy w zakresie przetargu jest dostawa i montaż "Szyny instrumentalnej i szyny z szufladą" (poz. 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYPOSAŻENIA - str. 11 Załącznika 1.1). W/w sprzęt nie został przyporządkowany do żadnego z pomieszczeń. Proszę o podanie ilości, którą należy wycenić.

wyjaśniamy:

Zamawiający informuje, iż jest to w zakresie zlecenia. Zakres dotyczy stanowiska wybudzeniowego (sala nadzoru pozniczuleniuowego). Zamawiający oczekuje dostawy i montażu ściennego zestawu szyn instrumentalnych z zawiesiem półkowym i szufladą zgodną z opisem w specyfikacji technicznej wyposażenia poz.8

Pytanie nr 2

Dot. Karta wyposażenia

Dot. Czajnik – 1 szt.

Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia czajnika opisanego poniżej?

Obudowa czajnika ze stali nierdzewnej. Automatyczna pokrywa. Wskaźnik poziomu wody. Pojemność 1,7 litra. Moc 1850-220W.

wyjaśniamy:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza takie rozwiązanie. Jednocześnie uznaje moc 1850-2200W. Podana moc 220W jest omyłką pisarską, prawidłowa wartość wynosi 2200W.

Pytanie nr 3

Dot. Karta wyposażenia

dot. Dozownik mydła + starter – 7 szt.

Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia dozownika do mydła opisanego poniżej?

Dozownik mydła w pianie na wkłady z tworzywa ABS z okienkiem do kontroli ilości mydła. Dozownik na wkłady o pojemności 700 g. Wraz z dozownikiem 1 wkład mydła w pianie. Wymiary dozownika 26,5x11,5x10,5 cm.

wyjaśniamy:

Zamawiający informuje, iż dozownik ma być na mydło w płynie, zbiornik wielokrotnego napełniania o pojemności 800ml, w kolorze czarnym (jak w aranżacji wnętrzu), o orientacyjnych wymiarach wys. 249mm, szer. 114mm, gł. 108mm. Starter oznacza pełne napełnienie pojemnika. Wszystkie dozowniki i podajniki stanowią jeden system.





Pytanie nr 4

Dot. Karta wyposażenia

Dot. Dozownik płynu dezynfekującego + starter – 7 szt.

Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia dozownika płynu do dezynfekcji opisanego poniżej?
Dozownik płynu dezynfekcyjnego z przyciskiem łokciowym na jednorazowe wkłady o pojemności 500 ml.
Dozownik z tworzywa ABS. Wraz z dozownikiem 1 wkład płynu. Wymiary dozownika 29x8,5x21 cm.

wyjaśniamy:

Zamawiający informuje, iż dozownik ma być z zbiornikiem wielokrotnego napełniania o pojemności 800ml, w kolorze czarnym (jak w aranżacji wewnątrz), o orientacyjnych wymiarach wys. 249mm, szer. 114mm, gł. 108mm. Starter oznacza pełne napełnienie pojemnika. Wszystkie dozowniki i podajniki stanowią jeden system.

Pytanie nr 5

Dot. Karta wyposażenia

Dot. Fotel biurowy – 6 szt.

Czy Zamawiający dopuści z podparciem lędźwi regulowanym na wysokość?

wyjaśniamy:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie fotela biurowego z dodatkowym podparciem lędźwi, regulowanym na wysokość.

Pytanie nr 6

Dot. Karta wyposażenia

Dot. Jezdny statyw na kroplówki – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści statyw jezdny na kroplówki opisany poniżej?
Stojak mobilny kroplówki z podstawą i stelażem ze stali nierdzewnej. Głowica z 4 haczykami. Stojak na podstawie pięcioramiennej z kółkami. Wysokość regulowana w zakresie 1280-2230 mm. Dopuszczalne obciążenie na hak 1 kg. Waga 5 kg. Średnica podstawy 460 mm

wyjaśniamy:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie stojaka mobilnego na kroplówki opisanego powyżej.

Pytanie nr 7

Dot. Karta wyposażenia

Dot. Kosz na odpady 30l – 5 szt.

Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia kosza na odpady wykonanego z tworzywa ABS, otwieranego pedałem nożnym o pojemności 25 litrów?

wyjaśniamy:

Zamawiający informuje, iż kosz ma być ze stali powlekanej, o pojemności 30l, wyposażony w mechanizm "click lock" blokującą klapę kosza w pozycji pionowej po jego otwarciu; wewnątrz plastikowe wiadro z uchwytem. Stopka otwierająca powinna być wykończona tworzywem. Orientacyjne wymiary wys. 65cm, średnica 30cm. Kolor czarny jak w aranżacji wewnątrz.

Pytanie nr 8

Dot. Karta wyposażenia

Dot. Kosz na odpady 60l – 6 szt.

Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia kosza na odpady wykonanego z tworzywa ABS, otwieranego pedałem nożnym o pojemności 60 litrów?

wyjaśniamy:

Zamawiający informuje, iż pojemnik, pedał i pokrywa mają być wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego (polipropylenu) o krągłych kształtach, dzięki czemu będą łatwe w utrzymaniu w czystości. Kosz ma być przystosowany do stosowania jednorazowych worków foliowych. Pedał nożny ma pozwalać na bezdotykową obsługę kosza z zachowaniem higieny rąk. Wykonany z białego tworzywa z wybranym kolorem pokrywy: czerwona, niebieska. Orientacyjny wymiar: szer. 50 cm wys. 68 cm, gł. 36 cm





Pytanie nr 9

Dot. Karta wyposażenia

Dot. Krzesła do poczekalni – 6 szt.

Czy Zamawiający dopuści krzesła do poczekalni tapicerowane materiałem typu skaj z podłokietnikami o wymiarach 63,5x62,5 cm i wysokości 84,5 cm? Poniżej zdjęcie poglądowe proponowanego fotela/krzesła.



wyjaśniamy:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie krzesła do poczekalni opisanego powyżej.

Pytanie nr 10

Dot. Karta wyposażenia

Dot. Lustro – 3 szt.

Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia lustra o wymiarach 60x40 cm z kinkietem montowanym nad lustrem LED?

wyjaśniamy:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie lustra o ww. wymiarach wraz z montażem kinkietu powyżej tego lustra.

Pytanie nr 11

Dot. Karta wyposażenia

Dot. Lustro uchylne – 1 szt.

Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia lustra uchylnego o wymiarach 60x40 cm z kinkietem montowanym nad lustrem LED?

wyjaśniamy:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie lustra o ww. wymiarach wraz z montażem kinkietu powyżej tego lustra.

Pytanie nr 12

Dot. Karta wyposażenia

Dot. Parawan jezdny – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści parawan opisany poniżej?

Jednocześnieowy parawan metalowy z wypełnieniem płytą PCV. Szerokość 94 cm, wysokość 165 cm, głębokość 58 cm. Grubość płyty PCV 5 mm.

wyjaśniamy:

Zamawiający informuje, iż konstrukcja parawanu ma być ze stali nierdzewnej, jednakże dopuszcza różnice wymiarowe





Pytanie nr 13

Dot. Karta wyposażenia

Dot. Parawan sufitowy (materiał do dezynfekcji, 60stopniC) – 1 szt.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie wymiarów oczekiwanej kurtyny zapasowej do parawanu sufitowego.

wyjaśniamy:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z rysunkiem nr 2 (ZMIANY) szerokość parawanu to 211cm. Zamawiający przypomina iż w będą wymagana dwa komplety zasłon o tej długości (docelowy i zapasowy).

Pytanie nr 14

Dot. Karta wyposażenia

Dot. Podajnik papieru toaletowego + starter – 1 szt.

Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia podajnika papieru toaletowego opisanego poniżej? Pojemnik na papier wykonany z tworzywa ABS z okienkiem do kontroli ilości papieru. Dostosowany do roli o średnicy 23 cm. Zamykany na klucz. Starter wraz z pojemnikiem. Wymiary 28x14,5x32,5 cm?

wyjaśniamy:

Zamawiający informuje, iż podajnik ma być dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 19 cm; w kolorze czarnym (jak w aranżacji wnętrz), o orientacyjnych wymiarach wys. 240mm, szer. 220mm, gł. 127mm. Starter oznacza zgrzewkę papieru dwuwarstwowego (jedna rolka 120m długości x12szt). Wszystkie dozowniki i podajniki stanowią jeden system.

Pytanie nr 15

Dot. Karta wyposażenia

Dot. Podajnik ręczników papierowych + starter – 7 szt.

Czy zamawiający będzie wymagał dostarczenia podajników ręczników papierowych opisanych poniżej? Podajnik wykonany z tworzywa ABS z okienkiem do kontroli ilości ręczników. Pojemność do 500 szt. ręczników. Zamykany na kluczyk. Wymiary 42x29x14,5 cm. W zestawie starter.

wyjaśniamy:

Zamawiający informuje, iż podajnik ma być dostosowany do składanych ręczników o pojemności 500sztuk; w kolorze czarnym (jak w aranżacji wnętrz), o orientacyjnych wymiarach wys. 290mm, szer. 281mm, gł. 142mm. Starter oznacza karton zawierający 2860szt ręczników tj. 20 pakietów po 143szt. – ręczniki dwuwarstwowe, celulozowe, gofrowane zgrzewkę papieru dwuwarstwowego (jedna rolka 120m długości x12szt). Wszystkie dozowniki i podajniki stanowią jeden system.

Pytanie nr 16

Dot. Karta wyposażenia

Dot. Wózek oddziałowy – 1 szt.

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wózek oddziałowy opisany poniżej? Wózek oddziałowy wyposażony w dwie półki z uchwytami do przewożenia. Konstrukcja chromowana z półkami ze stali nierdzewnej. 4 koła z hamulcem. Długość: 74 cm Szerokość: 44 cm Wysokość: 83,8 cm Waga: 15 kg Wymiary półki górnej: 54,6 x 44,4 cm Wymiary półki dolnej: 74,6 x 44,4 cm Dopuszczalne obciążenie (na półkę): 15 kg

wyjaśniamy:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie takiego rozwiązania ze względu na brak wymaganej szuflady.





Pytanie nr 17

Dot. Karta wyposażenia

Dot. Zabudowa meblowa

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zabudowę meblową wykonaną z płyt meblowych o grubości 18 mm, blat roboczy o grubości 36 mm, z zachowaniem wymogu o klasie higieniczności E1?

wyjaśniamy:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zabudowy meblowej wykonanej z płyt meblowych o grubości 18mm, blat roboczy o grubości 36mm, z zachowaniem wymogu o klasie higieniczności E1.

Pytanie nr 18

Dot. Karta wyposażenia

Dot. Lampa zabiegowa

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową jezdną o poniższych parametrach:

- Lampa zabiegowa jezdna z 3 diodami LED umieszczonych w odbłyśniku.
- Źródło światła o długiej żywotności 60.000 h
- Niskie zużycie prądu 15W
- Oświetlenie na poziomie 70.000 lux z odległości 0,5 m
- Oświetlenie na poziomie 30.000 lux z odległości 1,0 m
- Stałe natężenie oświetlenia i stała temperatura barwowa 4500K
- Współczynnik odwzorowania barw CRI =93
- Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9 =93
- Stała średnica pola roboczego $d_{10} = 165$ mm
- Klasa izolacji I
- Stopień ochrony IP 20

wyjaśniamy:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie lampy o wymienionych powyżej parametrach.

Pytanie nr 19

Załącznik 1.1 Pracownia endoskopii

Stół zabiegowy, elektromechaniczny

Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją segmentu pleców i nóg za pomocą sprężyny gazowej?

wyjaśniamy:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie.

Pytanie nr 20

Załącznik 1.1 Pracownia endoskopii

Wózek zabiegowy z szufladą (reanimacyjny)

wyjaśniamy:

Zamawiający informuje, iż nie jest w stanie dopuścić wózka reanimacyjnego gdyż brakuje jego opisu.

Pytanie nr 21

Załącznik 1.1 Pracownia endoskopii

Wózek anestezyjologiczny

Czy Zamawiający dopuści wózek, którego konstrukcja wykonana jest w całości z tworzywa poliuretanowego, w postaci jednolitych odlewów?

wyjaśniamy:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wózka w całości z tworzywa poliuretanowego





Pytanie nr 22

Załącznik 1.1 Pracownia endoskopii

Wózek anestezjologiczny

Czy Zamawiający dopuści wózek z nadstawką 11 uchylnych pojemników z tworzywa?

wyjaśniamy:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza nadstawkę 11 uchylnych pojemników z tworzywa.

Pytanie nr 23

Załącznik 1.1 Pracownia endoskopii

Wózek anestezjologiczny

Czy Zamawiający dopuści wózek z pojemnikiem na odpady z pokrywą/klapą otwieranej za pomocą stopy?

wyjaśniamy:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wózka z pojemnikiem na odpady z pokrywą/klapą otwieranej za pomocą stopy.

Pytanie nr 24

Załącznik 1.1 Pracownia endoskopii

Wózek anestezjologiczny

Czy Zamawiający dopuści wózek z wieszakiem kroplówki bez regulacji wysokości?

wyjaśniamy:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wózka z wieszakiem kroplówki bez regulacji wysokości.

Pytanie nr 25

Załącznik 1.1 Pracownia endoskopii

Wózek anestezjologiczny

Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach: długość/głębokość 715mm, szerokość 830mm, wysokość do blatu roboczego 910mm?

wyjaśniamy:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie.

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
41-250 Czeladź ul. Szpitalna 40

mgr Anna Szyma

